

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : งบประมาณ ๓,๐๙๑,๖๖๐.- บาท

(สามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ จำนวน ๗ รายการ

๑) ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม จำนวน ๑๘๖ คู่

- ขนาด ๔๘ นิ้ว จำนวน ๖๒ คู่

- ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๖๒ คู่

- ขนาด ๕๒ นิ้ว จำนวน ๖๒ คู่

๒) ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา จำนวน ๖๒ อัน

๓) รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ จำนวน ๖๒ คัน

๔) แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม จำนวน ๖๒ อัน

๕) เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๖๒ เครื่อง

๖) เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๖๒ เครื่อง

๗) เตียงเพาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก. จำนวน ๒ เตียง

๔.๑ ลำดับที่ (๖) และ (๗) ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๒ ลำดับที่ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๓,๐๔๖,๐๖๐.- บาท (สามล้านสี่หมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานอื่นกำหนด

- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง


๑. นางสาวสุกัญญา มีกำลัง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นางสาววริยา บุญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓. นายปริญญา วัฒนสุข ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ


๔. นางสาวนภัสวรรณ บุญมาภิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

๕. นางสาวสุภาวดี งามฉลวย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางสาววริยา บุญทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปริญญา วัฒนสุข)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวนภัสวรรณ บุญมาภิ)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุภาวดี งามฉลวย)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖๒ แห่ง รวม ๗ รายการ จำนวน ๔๔๘ ชิ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ รวม ๗ รายการ จำนวน ๔๔๘ ชิ้น ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖๒ แห่ง เพื่อต่อยอดโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

๒.๒ เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเองที่บ้านได้

๒.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว


๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายในสินค้านี้

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ


๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาในครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นางสาวศุภัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ


(นางสาววริยา บุญทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายปริญญ์ วัฒนสุข)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวนภัสวรรณ บุญมาภิ)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวสุภาวดี งามฉลวย)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน ชนิดไม้ค้ำยันรักแร้ แบบปรับความสูง-ต่ำ ได้

คุณลักษณะทางเทคนิค

- (๑) โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม หนาอย่างน้อย ๑ มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ มม
- (๒) ปรับระดับได้ ขนาด ๔๘ , ๕๐ , ๕๒ นิ้ว
- (๓) บริเวณมือจับ ทำจากไม้กึ่งเรียบ มีความแข็งแรง และทนทาน
- (๔) ตำแหน่งรองรักแร้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม
- (๕) มีลูกยางสวมปลายไม้ค้ำยัน


๔.๒ ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา


คุณลักษณะทั่วไป


เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน ชนิด ๓ ขา แบบปรับความสูง-ต่ำได้


คุณลักษณะทางเทคนิค


- (๑) โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว มี ๓ ขา
- (๒) ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ โดยการเลื่อนสปริงล็อก
- (๓) ปรับระดับได้ตำแหน่งต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว และปรับตำแหน่งสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๔ นิ้ว
- (๔) บริเวณมือจับ มี PVC หุ้ม เพื่อเพิ่มความระชับ และทนทาน
- (๕) มีลูกยางและแหวนรองปลายไม้เท้าอลูมิเนียม

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาววริยา บุญทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายปรีชญ์ วัฒนสุข)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวนภัสวรรณ บุญมาภิ)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.......... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุภาวดี งามฉลวย)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

๔.๓ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถนั่งคนพิการขนาดมาตรฐาน พับเก็บได้ มีสองล้อหน้าขนาดเล็ก สองล้อหลังขนาดใหญ่

คุณลักษณะทางเทคนิค

- (๑) โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียม
- (๒) เบาะนั่งและพนักงาพิงทำจากหนัง PVC กันน้ำทำความสะอาดง่าย
- (๓) มีแผงกันข้าง ๒ ข้าง ทำจากชุบโครเมียมกันสนิม
- (๔) ล้อหน้าพร้อมตะเกียบขนาด ๒๐ เซนติเมตร ล้อหลังเป็นล้อซี่ลวด ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๙ เซนติเมตร พร้อมยางตัน
- (๕) ที่วางเท้าทำจาก อลูมิเนียม สามารถพับได้
- (๖) มีแผ่นป้องกันเท้าตกทำจากหนัง PVC
- (๗) เบรกทั้ง ๒ ข้าง เป็นแบบล๊อค ดันไปข้างหน้าชนิด Push lock break
- (๘) เบาะนั่ง กว้าง x ลึก ไม่น้อยกว่า ๔๖ x ๔๐ เซนติเมตร พนักพิง กว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๔๖ เซนติเมตร
- (๙) รถเข็นสามารถพับเก็บได้สะดวก


๔.๔ แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม (ลอนคู่)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์รองรับน้ำหนักผู้ป่วยขณะนอน สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว เป็นที่นอนลมช่วยกระจายแรงกดทับของร่างกาย


คุณลักษณะทางเทคนิค

- (๑) เป็นที่นอนลมแบบลอนขวางต่อเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ โดยการหมุนเวียนการปั๊มลมสลับลอน แบบแถวเว้นแถว
- (๒) แผ่นที่นอนลม ขนาด กว้าง x ยาว x หนา ไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๑๘๕ x ๑๐ เซนติเมตร มีจำนวนลอน ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลอน
- (๓) รองรับน้ำหนักตัวได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม
- (๔) น้ำหนักของแผ่นที่นอนลม ไม่เกิน ๖ กิโลกรัม
- (๕) น้ำหนักของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า ไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
- (๖) มีระบบ CPR เป็นการปล่อยลมอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการทำการกู้ชีพฉุกเฉิน
- (๗) มีลอนสำรอง อย่างน้อย ๑ ลอน พร้อมผ้าคลุม ๑ ผืน

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ


(นางสาววริยา บุญทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ


(นายปริญญา วัฒนสุข)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวนภัศวรณ บุญมาภิ)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุภาวดี งามฉลาย)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

๔.๕ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร


คุณลักษณะทางเทคนิค


- (๑) กำลังไฟ ๓๕๐ วัตต์
- (๒) อัตราการไหลออกซิเจนสูงสุด ๕ ลิตร/นาที
- (๓) ความเข้มข้นออกซิเจน ๙๓ + ๓ %
- (๔) สามารถให้แรงดันออกซิเจนไม่น้อยกว่า ๐.๐๔ - ๐.๐๗ MPa
- (๕) ระดับเสียงไม่เกิน ๕๐ เดซิเบล
- (๖) มีสัญญาณเตือนหากไม่มีไฟฟ้าเข้า หรือ ทำงานได้ถึง ๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- (๗) หน้าจอเครื่องสามารถแสดง Switch time Operating time/timing Operating pressure Accumulated time
- (๘) น้ำหนักตัวเครื่อง ไม่เกิน ๒๓ กิโลกรัม
- (๙) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V +๑๐% ๕๐/๖๐ เฮิรซ์ กำลังไฟไม่เกิน ๔๘๐ w


๔.๖ เครื่องดูดเสมหะ (คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)


คุณลักษณะทางเทคนิค


- (๑) เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว
- (๒) ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๘ ปอนด์ หรือไม่เกิน ๘ กิโลกรัม
- (๓) Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
- (๔) มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐ - ๐.๘ บาร์หรือน้อยกว่า ๐ - ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
- (๕) มีขวดบรรจุเสมหะ
- (๖) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาววริยา บุญทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายปริญญา วัฒนสุข)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวนภัสรพรรณ บุญมาภิ)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.......... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุภาวดี งามฉลวย)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

๔.๗ เตียงเพอร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก. (คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน
งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)

คุณลักษณะทางเทคนิค

- (๑) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ หรือ ๒๐๐ กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
- (๒) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยพาร์ติเคิลบอร์ด
- (๓) พื้นเตียงทำโลหะ
- (๔) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๒ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะขอชาติ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
- (๕) มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่
- (๖) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมที่นอน)

๕. เงื่อนไขการส่งมอบ


- ๕.๑ ระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๕.๒ อุปกรณ์ที่ส่งมอบ จะต้องคงคุณภาพตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๕.๓ การส่งมอบอุปกรณ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


๖. งานตรวจและการจ่ายเงิน


การเบิกจ่ายเงินจะกระทำเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้รับอุปกรณ์ถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ตลอดจนได้รับเอกสารครบถ้วน จึงจะมีการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด


๗. อัตราค่าปรับ


อัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคางานจ้างนั้นแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อย บาทถ้วน) นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จจนถึงวันงานแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาววริยา บุญทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายปริญญ์ วัฒนสุข)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวนภัทรรณ บุญมาภิ)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุภาวดี งามฉลวย)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

๘. วงเงินในการจัดหา

๘.๑ วงเงินงบประมาณจากเงินรับฝากอื่นๆ - ระยะสั้น ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงินงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๖,๐๖๐ บาท (สามล้านบาทหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้

(๑) ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม จำนวน ๑๘๖ คู่ๆ ละ ๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๘๓,๗๐๐ บาท

(๒) ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา จำนวน ๖๒ อันๆ ละ ๔๘๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๗๖๐ บาท

(๓) รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ จำนวน ๖๒ คันๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท

(๔) แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม (ลอนคู่) จำนวน ๖๒ อันๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๓๗๒,๐๐๐ บาท

(๕) เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๖๒ เครื่องๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท


(๖) เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๖๒ เครื่องๆ ละ ๑๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๓๑,๖๐๐ บาท


(๗) เตียงเท้าเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก. จำนวน ๒ เตียงๆ ละ ๑๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท


๘.๒ ลำดับที่ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ในส่วนลำดับที่ (๖) และ (๗) ใช้ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕


๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ใช้พิจารณาราคา ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาววริยา บุญทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายปริญญา วัฒนสุข)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวนภัสวรรณ บุญมาภิ)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.......... กรรมการ/เลขาฯ
(นางสาวสุภาวดี งามฉลวย)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข